



Broj predmeta: **13-002937/18**
Broj akta: 01.1-1141SM-0139/20
Datum, 12.11.2020.. godine
Mjesto, Brčko

На основу члана 17. став (2) Закона о Влади Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», број: 22/18 -- пречишћен текст, 49/18, 08/19, 10/19 и 32/19), у складу с чланом 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ», број 39/14), Измјене и допуне Записника о прегледу и оцјени понуда број: 13-002937/18 од 2.11.2020. године, Приједлога Комисије за јавне набавке број: 13-002937/18 од 12.11.2020. године, градоначелник Брчко дистрикта БиХ д о н о с и

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Члан 1.

Поништава се отворени поступак набавке два дигитална радиографска РТГ система са подним и плафонским носачем за потребе Одјељења за здравство и остале услуге Владе Брчко дистрикта БиХ, који је покренут на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 13-002937/18 од 10.10.2018. године. Обавјештења о набавци на порталу јавних набавки број: 1157-1-1-797-3-747/18 од 15.10.2018. године, исправке Обавјештења о набавци број: 1157-1-1-797-8-786/18 од 29.10.2018. године и исправке Обавјештења о набавци број: 1157-1-1-797-8-894/18 од 29.11.2018. године, из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива, што према чл. 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама представља основ за поништење поступка набавке.

Образложење

Канцеларија за разматрање жалби је донијела Рјешење број: ЈН2-01-07-1-1536-9/20 од 12.8.2020. године којим се жалба понуђача „Medicom“ д.о.о. Бијељина усваја и поништавају се одлуке о избору најповољнијег понуђача, измјени и допуни одлуке о избору најповољнијег понуђача као и одлука о поништењу поступка, те се предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак у поступку набавке. Комисија за набавке је затражила поново стручно мишљење Одјељења за здравство и остале услуге које је доставило Изјашњење број: 2163/20 од 23.9.2020. године. У њему је наведено да су оба понуђача понудила исти модел ЛЦД монитора (понуђач „Shimadzu“ д.о.о. Сарајево није доставио копију Рјешења о упису монитора у регистар медицинских средстава), те да понуђени модел има контраст од 1.450:1, док је минимално захтијevano у техничкој спецификацији 2000:1, али да је прихватљив и поред мањег контраста. Комисија је анализирала достављено Изјашњење и закључила да је неприхватљиво и затражило је допуну Изјашњења од стране Одјељења за здравство и остале услуге. Одјељење се изјаснило да остаје при свом ставу, те да, и поред тога, што је понуђен мањи контраст од контраста захтијevanoг техничком спецификацијом, по њиховом мишљењу, понуђени монитор је прихватљив. Комисија за набавке је заузела став да Изјашњење није прихватљиво јер су оба понуђача понудила ЛЦД монитор са контрастом мањим од минимално захтијevanoг техничком спецификацијом предметне набавке. Осим тога, Комисија је закључила да и понуђач „Shimadzu“ д.о.о. Сарајево није доставио ни копију Рјешења о упису монитора у регистар

медицинских средстава, тако је понуђач оцијењен као неквалификован и понуда неприхватљива. Комисија за набавке је доставила препоруку о поништењу поступка набавке.

Члан 2.

Одлука о поништењу поступка избора најповољнијег понуђача ступа на снагу даном доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке заинтересоване стране имају право поднијети писмену жалбу уговорном органу достављањем жалбе у најмање три примјерка у Одјељење за стручне и административне послове Пододјељење за јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ, у року од 10 дана од дана пријема одлуке.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Пододјељењу за јавне набавке,
2. Градоначелнику,
3. Понуђачима,
4. Одјељењу за здравство и остале услуге,
5. «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ»,
6. Архиви.

